



Nr sprawy 271.5.2014

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ z dnia 06.05.2014 r.

dot. przetargu pn. Dostawa podestów plażowych, wodnego skutera ratowniczego z wyposażeniem, tablic informacyjnych, toreb medycznych i defibrylatorów oraz kombinezonów termicznych do pływania (z możliwością składania ofert częściowych)

Dotyczy wymagań technicznych defibrylatora AED:

Pyt. 1.: Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator AED był przechowywany w zestawie gotowym do użycia tj. z podłączonymi elektrodami do urządzenia oraz umieszczoną baterią główną wewnątrz urządzenia odpowiedzialną za zasilanie urządzenia w trakcie prowadzenia działań ratowniczych, bez wpływu na skrócenie jej żywotności czyli zachowanie wymaganego minimalnego terminu ważności 7 lat oraz podłączonymi elektrodami?

Odp. 1.: Zamawiający nie wymaga, aby defibrylator był w stanie gotowości do użycia.

Pyt. 2.: Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca posiadał certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001?

Odp. 2.: Zamawiający nie stawia wymagań co do posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Pyt. 3.: Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator AED, posiadał odpowiednik w postaci osobnego defibrylatora treningowego, symulującego wygląd i działanie klinicznego defibrylatora AED?

Odp. 3.: Zamawiający nie wymaga, aby defibrylator AED, posiadał odpowiednik w postaci osobnego defibrylatora treningowego.

Pyt. 4.: Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator AED posiadał kolorowy ekran LCD, na którym wyświetlany będzie krok po kroku algorytm postępowania z zasad udzielanie pierwszej pomocy?

Odp. 4.: Zamawiający nie wymaga, aby defibrylator AED posiadał kolorowy ekran LCD.

Pyt. 5.: Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator AED nie zawierał żadnych wystających elementów oraz jego waga nie przekraczała 2 kg?

Odp. 5.: Zamawiający nie określa wymagań co do wagi defibrylatora.

Dotyczy respiratora transportowego w zestawie PSP R2

Pyt. 1.: Czy Zamawiający wymaga, aby respirator był zasilany bateryjnie a tlen z butli był zużywany wyłącznie dla pacjenta a nie na napęd i sterowanie pracą respiratora?

Odp. 1.: Zamawiający wymaga aby respirator był zasilany bateryjnie, a tlen z butli był zużywany wyłącznie dla pacjenta.

Pyt. 2.: Czy Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał funkcję wentylacji manualnej (ręcznej), która jest szczególnie potrzebna podczas konieczności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej?

Odp. 2.: Zamawiający dopuszcza, aby respirator posiadał funkcję wentylacji manualnej.

Pyt. 3.: Czy Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał podstawowy system alarmowy, wspierający i informujący ratownika o takich niebezpiecznych sytuacjach jak rozłączenie układu oddechowego pacjenta, przekroczenie wartości granicznej ciśnienia w układzie oddechowym, bezdechu, spadku ciśnienia zasilanie tlenem, niskim stanie baterii?

Odp. 3.: Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał podstawowy system alarmowy wspierający i informujący ratownika o takich niebezpiecznych sytuacjach jak rozłączenie układu oddechowego pacjenta, przekroczenie wartości granicznej ciśnienia w układzie oddechowym, bezdechu, spadku ciśnienia zasilanie tlenem, niskim poziomie stanu baterii.

Pyt. 4.: Czy Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w przewodnik głosowy, który prowadzi ratownika przez kolejne etapy resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z najnowszymi wytycznymi /ERC, ILCOR/?

Odp. 4.: Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w głosowy przewodnik obsługi w języku polskim.

Pyt. 5.: Czy Zamawiający wymaga, aby klasa wodoszczelności respiratora wynosiła min. IP X4 wg EN 60601-1; 2007. Ochrona przed penetracją wody wg EN 794-3?

Odp. 5.: Zamawiający wymaga, aby, klasa wodoszczelności respiratora wynosiła min. IP X4 wg EN 60601-1; 2007 a ochrona przed penetracją wody wg EN 794-3.

Pyt. 6.: Czy Zamawiający wymaga, aby minimalny zakres temperatur pracy respiratora wynosił min. – 18 st. C - + 60 st. C?

Odp. 6.: Zamawiający wymaga, aby minimalny zakres temperatur pracy respiratora wynosił 0 st. C - +50 st. C.

Pyt. 7.: Czy Zamawiający wymaga aby maksymalna waga respiratora wynosiła poniżej 1 kg?

Odp. 7.: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie maksymalnej wagi respiratora.

Dotyczy reduktora tlenowego w zestawie PSP R2

Pyt. 1.: Czy Zamawiający wymaga, aby regulator przepływu tlenu umożliwiając ustawienie przepływu do 25l/min w reduktorze tlenowym, umożliwiał odczyt wartości przepływu w co najmniej dwóch miejscach z boku i przodu reduktora?

Odp. 1.: Zamawiający określił wymagania co do regulatora przepływu tlenu w Standardzie wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego –R2

Pyt. 2.: Czy Zamawiający wymaga, aby końcówka ruchoma przepływomierza (wyjście na przewód tlenowy), posiadająca gwint 9/16, do której podłączamy maskę do tlenoterapii była obrotowa o 360 st.?

Odp. 2.: Zamawiający określił wymagania co do wlotu przepływomierza w Standardzie wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego –R2

Pyt. 3.: Czy Zamawiający wymaga aby manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli był obrotowy o 360 st. I umożliwił tym samym odczyt w trudnych warunkach, gdzie bardzo trudno manewrować całym zestawem ratowniczym?

Odp. 3.: Zamawiający nie określa odrębnych wymagań co do manometru niż założone w Standardzie wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego – R2 .

Zastępca Burmistrza Miasta Jastarnia

Jacek Świdziński