



Nr sprawy 271.5.2014

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ z dnia 09.05.2014 r.

dot. przetargu pn. Dostawa podestów plażowych, wodnego skutera ratowniczego z wyposażeniem, tablic informacyjnych, toreb medycznych i defibrylatorów oraz kombinezonów termicznych do pływania (z możliwością składania ofert częściowych)

Pyt. 1.: Czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty w przypadku wyrobów medycznych, dokumentów dopuszczających wyrób do użytkowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (certyfikat CE, deklaracje zgodności) oraz kart katalogowych potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego?

Odp. 1.: Zamawiający potwierdza, iż do oferty należy dołączyć wymagane prawem certyfikaty lub pozwolenie na użytkowanie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) a do oświadczenia wymienionego w pkt. 3.2 D podpunkcie 3)b) SIWZ należy podłączyć karty katalogowe.

Zastępca Burmistrza Miasta Jastarnia

Jacek Świdziński